



Καλαμάτα 24/01/2022

## ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ι.Φ.Ε.Τ. προχωράει σε ανάκληση της παρτίδας **170519** του ιατροτεχνολογικού προϊόντος AQUASOFT MOISTURE 360ML της εταιρείας CooperVision Manufacturing Limited.

Η ανάκληση διενεργείται λόγω αναφοράς ότι ορισμένες φιάλες έχουν κατασκευαστεί από λανθασμένο τύπο PET υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα αποθέματά σας και προχωρήσετε σε επιστροφή της συγκεκριμένης παρτίδας από 24/1/2022 έως 3/2/2022.

Με εκτίμηση,

Δ. Ρούτσης

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας