

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία **EIFRON** προχωρά στην προληπτική αντικατάσταση των ταινιών μέτρησης σακχάρου SolusV2 με **Lot Number DM220406D-1 με EXPDATE 10/24.**

Η ανάκληση διενεργείται λόγω πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος αφύγρανσης που υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί ταινιών, προς αποφυγή τυχόν λανθασμένων μετρήσεων που μπορεί να προκληθεί από αυξημένο ποσοστό υγρασίας.

Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα αποθέματά σας και προχωρήσετε σε επιστροφή των συγκεκριμένων παρτίδων έως 18/03/2023

Με εκτίμηση,
Δ. Ρούτσης

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας